Print of window 38: Current Chromatogram(s)
Data File : D:\DATA\05291901\05291901 2019-05-29 10-16-29\06- .D
Sample Name : CCME-CDW-PHERB

==========

Acq. Operator : SYSTEM Seq. Line : 6
Acq. Instrument : LCMS-1 Location : P1-B2
Injection Date : 5/29/2019 11:50:16 AM Inj : 1
Inj Volume : 1.000 µl
Acq. Method : D:\DATA\05291901\05291901 2019-05-29 10-16-29\POS_NEG_50_50_GRAD0-100.M
Last changed : 5/29/2019 10:16:29 AM by SYSTEM
Analysis Method : C:\CHEM32\1\METHODS\Purity195_315.M
Last changed : 4/10/2019 10:56:50 AM by SYSTEM
Method Info : Operator: GA
Gradient Method Starting @ 100 % Water/0 % Acetonitrile to 0 % Water/100 % Acetonitrile in 13 min, then 3 min at 100/0, post-run time 2 min. Flow rate :0.3 ml/min, column Zorbax Eclipse Plus C-18, 2.1x50 mm, 1.8 micron particule size. Agilent 1290 Infinity II LC system, Agilent 6120 Quadrople MS Detector. No UV Reference.

Additional Info : Peak(s) manually integrated

Current Chromatogram(s)