Print of window 38: Current Chromatogram(s)
Data File : D:\DATA\06201901\06201901 2019-06-20 09-16-00\38- .D
Sample Name : P-103S

==========

Acq. Operator : SYSTEM Seq. Line : 35
Acq. Instrument : LCMS-1 Location : P2-E1
Injection Date : 6/20/2019 7:49:57 PM Inj : 1
Inj Volume : 1.000 µl
Acq. Method : D:\DATA\06201901\06201901 2019-06-20 09-16-00\Purity195_315.M
Last changed : 6/20/2019 9:16:00 AM by SYSTEM
Analysis Method : C:\CHEM32\1\METHODS\Purity195_315.M
Last changed : 6/20/2019 10:34:06 AM by SYSTEM
(modified after loading)
Method Info : Operator: GA
Gradient Method Starting @ 100 % Water/0 % Acetonitrile to 0 % Water/100 % Acetonitrile in 13 min, then 3 min at 100/0, post-run time 2 min. Flow rate:0.3 ml /min, column Zorbax Eclipse Plus C-18, 2.1x50 mm, 1.8 micron particule size. Agilent 1290 Infinity II LC system, Agilent 6120 Quadrople MS Detector. No UV Reference.

Sample Info : Amitrole

Additional Info : Peak(s) manually integrated

Current Chromatogram(s)